



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ημερομηνία: 23-05-2019  
Αριθμ.Πρωτ:7042

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Νικολέττα Νιαβή  
Τηλ.: 23713-50363  
FAX: 23713-50410  
E-mail: [niavin@1157.syzefxis.gov.gr](mailto:niavin@1157.syzefxis.gov.gr)  
Δ/νση : Ιπποκράτους 5  
Πολύγυρος 63100

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ.Ν.Χαλκιδικής, προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί με τη διαδικασία της δημοσίευσης, στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, Ν. 3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραίτητως οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα απαιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέσω e-mail ή FAX από **23-05-2019** έως **28-05-2019**, ώρα **11:00 πμ.**

Η ημερομηνία και ώρα θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του FAX, για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα για προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Σε περίπτωση που η μειοδότη Εταιρεία δεν εκτελέσει το σύνολο της Παραγγελίας εντός 4-5 ημερών , αυτή θα θεωρηθεί ΑΚΥΡΗ και το Νοσοκομείο θα περάσει στην αμέσως επόμενη Μειοδότη Εταιρεία , χωρίς εκ νέου ειδοποίηση.

Οι προσφορές παρακαλούμε **να συνοδεύονται από Prospectus ή φωτογραφίες των ειδών** και έχουν ισχύ έως έξι (6) μήνες.

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤ/ΡΙ ΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ
1	Καρότσι νοσηλείας ανοξείδωτο, τροχήλατο, με δύο συρτάρια, υπερυψωμένη πλάτη για υποδοχές υλικού, διαστάσεων περίπου 850X550X1560	1 τεμ		
2	Τραπεζίδιο εργαλειοδοσίας για χρήση στην αίθουσα τοκετών .Ανοξείδωτο με 5 ρόδες και ρυθμιζόμενο ύψος. Διαστάσεων περίπου 680X440X700/1100 περίπου.	1 τεμ		
3	Καρότσι υλικού και αλλαγών σηπτικού, τροχήλατο, με δύο ανοξείδωτα ή dygoral ράφια, ένα συρτάρι στο επάνω ράφι και λαβή μετακίνησης ,Διαστάσεων περίπου 650X450X1030	1 τεμ		
4	Τραπεζί εργαλειοδοσίας( Mayo).Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι με ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας που περιφερικά να έχει ανοξείδωτο προστατευτικό γείσο. Αυξανόμενο ύψος στα 90cm έως 140cm περίπου. Υδραυλικό σύστημα χρήσης (ποδομοχλού).Να φέρει 4 τροχούς ,οι δύο να έχουν φρένο. Διαστάσεων περίπου:50X70X90/140cm	1 τεμ		
5	Τραπεζί νοσηλείας τροχήλατο με 4 (τέσσερα) συρτάρια. Σκελετός κλειστού τύπου, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι INOX.Η επιφάνεια εργασίας να είναι επίπεδη και να φέρει κάγκελο προστασίας σε 3 πλευρές. Να φέρει τέσσερις τροχούς, εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένο. Να φέρει μία χειρολαβή ώθησης .Να φέρει προσκρουστήρες και στις τέσσερις γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων. Διαστάσεων περίπου 50X75X90cm.	1 τεμ		
6	Καρότσι νοσηλείας ΜΕΘ με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές (βλ συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές)	2 τεμ		

7	<p>Τροχήλατο καρότσι φαρμάκων κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα με εποξειδική βαφή Διαστάσεων περίπου 90X45X150.Να διαθέτει έξι(6) συρτάρια από τα οποία θα είναι: 5 cm (το ένα),10cm (τα τέσσερα) και 20cm (το ένα).,με χωρίσματα μεταβαλλόμενα πλήρως ανοιγόμενα με τηλεσκοπικούς οδηγούς ,κεντρικό κλείδωμα και ενσωματωμένες χειρολαβές.Η επιφάνεια εργασίας να φέρει προστατευτικό γείσο και αντιολισθητικό υλικό .Τροχήλατο με περιστροφικούς τροχούς στερεωμένους με πλάκα σε τέσσερα σημεία.Να διαθέτει δύο κάδους απορριμμάτων των 20 lit , πλαστικό αποσπώμενο δοχείο βελόνων. Θήκη καθετήρων και οροστάτη ,ακόμη επάνω να φέρει κασετίνα 6 ή 12 συρταριών με διαχωριστικά για την τοποθέτηση φαρμάκων.</p>	1 τεμ		
8	<p>Τροχήλατο συλλογής ιματισμού. Να διαθέτει ντουλάπι με τρία (3) ράφια, ποδομοχλό ανοίγματος καπακιών, δύο (2) στεφάνια συγκρότησης σακών, δύο (2) χειρολαβές οδήγησης ,δύο (2) προσκρουστήρες, τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς.</p>	1 τεμ		

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.**

**ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ ΤΕΜ 2**

1. Το σώμα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα επικαλυμμένο με ειδικό πλαστικό ακρυλικής πολυουρεθάνης σύμφωνα με την οδηγία EN ISO 9002.
2. Οι διαστάσεις του να είναι 800x640x1100h mm, ± 50mm.
3. Να διαθέτει επιφάνεια εργασίας από ABS και μπορεί να καθαρισθεί εύκολα. Να έχει προστατευτικό γείσο από τρεις πλευρές υψους.
4. Να διαθέτει μια χειρολαβή ατραυματική στη δεξιά πλευρά.
5. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό πέντε (5) συρταριών
  - 1x 100mm ύψος ,
  - 2x150mm
  - 2x200mm εκ των οποίων το δεύτερο & τρίτο συρτάρι να φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών. Να διαθέτει Κεντρικό Κλείδωμα .
6. Να διαθέτει περιμετρικά προσκρουστήρα για εξομάλυνση των πλευρικών χτυπημάτων
7. Να φέρει στη αριστερή πλευρά συρόμενη επιφάνεια εργασίας.
8. Στη βάση φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένο. Η διάμετρος τροχών να είναι 125mm.
9. Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες ,δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία, με στρογγυλεμένες άκρες ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα.
10. Το τροχήλατο να συνοδεύεται από :  
Ιμάντα στήριξης δοχείου απόρριψης βελονών ρυθμιζόμενης διαμέτρου.
11. Να συνοδεύεται από εγγύηση 2 έτη & ανταλλακτικά 10 ετών.
12. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος.
13. Να φέρει CE