

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 2025							
α/α	Περιγραφή είδους	Μον. Μέτρη σης	Ζητούμ ενη Ποσότη τα	Τιμή Μονάδος	δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	δαπάνη με ΦΠΑ	ΦΠΑ είδους
1	Σωληνάκια καπνογραφίας capnoflex για μέθοδο sidestream για DASH 5000 (θα παραχωρηθεί συνοδός εξοπλισμός)	Τεμ.	80	25,50	2.040,00	2.529,60	24%
2	Γωνιώδη προέκταση MOUNT για σύνδεση ενδοτραχειακού με τον αναπνευστικό κύκλωμα, διαφανής,λείας εσωτερικής επιφάνειας, σπιράλ με περιστροφή μέχρι και 360° με συνδετικά που εξασφαλίζουν 0% διαρροή με δυνατότητα βρογχοαναρρόφησης αποστειρωμένη μεγέθους 10cm.	Τεμ.	200	1,15	230,00	285,20	24%
3	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC, μη τοξικό (latex free) τελείως ανεκτοί από το ανθρώπινο σώμα, με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.Να φέρουν ακτινοσκοιερή γραμμή μέχρι το κατωφερέστερο άκρο και ειδική σήμανση βάθους σε απόσταση 3cm από το cuff , ως ένδειξη σωστής ως προς το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα εντός της τραχείας. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και ο σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα. Όταν ξεφουσκώνει το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα διευκολύνοντας τη διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού της.Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά και να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού της . Με Murphy eye. Οι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.Να υπάρχει δειγματοπισμός. No 2,5=5 τεμ. No 3,5=5 τεμ. No 4,5=5 τεμ. No 5,5=5τεμ. No 6,5 =10 τεμ. No 7,5 = 60 τεμ No 8,5 = 60 τεμ No 3=5τεμ. No 4= 5τεμ. No5=5 τεμ. No 6 = 5 τεμ, No 7 = 60 τεμ. No 8,0=60τεμ No 9=5 τεμ.	Τεμ.	295	3,00	885,00	1.097,40	24%
4	Υποαλλεργικό κολλάρο στήριξης τραχειοσωλήνα απο μαλακό μη ερεθιστικό υλικό με κούμπωμα VELCRO που εξασφαλίζει άνετο και σταθερό κράτημα. Η φακαρόλα να είναι ελαστική και φαρδιά. Αποστειρωμένο	Τεμ.	100	4,80	480,00	595,20	24%
5	Κύκλωμα ενηλίκων πλήρες να περιλαμβάνει δύο σωλήνες ,180 cm συνδεδεμένος με διχαλωτό συνδετικό Υ ,αποσπώμενο με σύνδεση καπνογραφίας κατασκευασμένο από PVC DEHP FREE,με λεία εσωτερική επιφάνεια, με μεμονωμένα κενά διαστήματα στο σκέλος εισπνοής, μαλακό συνδετικό, αποστειρωμένο ,μιας χρήσεως.	Τεμ.	200	4,50	900,00	1.116,00	24%
6	Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης για μέτρηση αιματηρής πίεσης, με ενσωματωμένο το chip και τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού .Η μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών ή σύνδεση σε ειδική βάση. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου των μετρήσεων και ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) που να αποδεικνύεται με ανεξάρτητη βιβλιογραφική αναφορά. Να έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί στο μπράτσο του ασθενούς. Χωρίς φθαλικές ενώσεις.Η γραμμή σύνδεσης να φέρει κόκκινη σήμανση.Η εταιρία να προμηθεύει τα καλώδια σύνδεσης στο monitor GE Dash 500 και τις βάσεις.	Τεμ.	400	12,00	4.800,00	5.952,00	24%

7	Αισθητήρες ενήλικων τεσσάρων ηλεκτροδίων σε ενιαία κατασκευή για μέτρηση βάθους καταστολής με τη μέθοδο διφασματικού δείκτη συμβατός με μόνιτορ/ενισχυτή BIS.Να συνοδεύεται από το monitor μέτρησης βάθους καταστολής BIS.	Τεμ.	25	26,50	662,50	821,50	24%
8	Φίλτρα αντιμικροβιακά και κατακράτησης ιών θέρμανσης ύγρανσης υδροφοβικά, HEPA, με πολύ μικρό νεκρό χώρο 45ml, πολύ μικρού βάρους 29 g, με την μεγαλύτερη αντιμικροβιακή ικανότητα MPV μικρότερη του ενός 99,9999999% και αντιβακτηριδιακή μικρότερη των 0,023μm με υποδοχή για καπνογράφο αποστειρωμένα μ.χ. Latex free	Τεμ.	200	2,20	440,00	545,60	24%
9	Σωλήνας τραχειοστομίας με CUFF HI LOW και ενσωματωμένη αναρρόφηση. Απο διάφανο θερμοευαίσθητο ιατρικό PVC,με ατραυματικό άκρο με ανατομική καμπύλη 105° άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI LOW, σφαιρικού σχήματος ώστε να ασκεί πίεση σε διαφορετικά σημεία στην τραχεία. Να φέρει σωληνάκι αναρρόφησης, ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένα άκρα με ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER, ο οποίος να κουμπώνει / ασφαλίζει με τον σωλήνα για να παρέχει ακαμψία και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1cm απο το άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκιερός, αποστειρωμένος μιας χρήσης για πολυήμερη παραμονή. No 7,0 20 τεμ No 8,0 20 τεμ No 9,0 20 τεμ	Τεμ.	60	24,00	1.440,00	1.627,20	13%
10	ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΗΛΥΚΑ LUER Αντιμικροβιακό πώμα αντισηψίας για Ανοιχτά Θηλυκά Luer (open female) αυλών ΚΦΚ, αρτηριακών, 3-way. Η δραστική ουσία να είναι ισοπροπυλική αλκοόλη περιεκτικότητας 70% με δυνατότητα αντισηψίας ≤30 δευτερολέπτων. Να μπορεί να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες εφόσον δεν ανοιχτεί μετά την αρχική τοποθέτηση στο 3way. Στο Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (Technical Data Sheet) της κατασκευάστριας να αναγράφει ότι το πώμα προορίζεται για Ανοιχτά Θηλυκά Luer (open female). Το κάλυμμα του πώματος να είναι από αλουμίνιο για την αποφυγή ξήρανσης της δραστικής ουσίας. Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, ερεθισμό, συστηματική τοξικότητα, αιμόλυση σύμφωνα με την σειρά προτύπων ISO 10993 part1, part 4, part 5, part 10, part 11 και να προσκομίζεται δήλωση συμμόρφωσης. Να μην περιέχει LATEX, DEPH, PVC και BPA. Να κατατίθεται τεχνικό φύλλο δεδομένων ασφαλείας επί ποινή απόρριψης. Να φέρει CE mark Class I με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.	Τεμ.	300	0,60	180,00	223,20	24%
11	Φίλτρα τραχειοστομίας με θυρίδα αναρρόφησης για χρήση 24 ωρών. Με ανοιγόμενη θύρα που επιτρέπει την πρόσβαση καθετήρα αναρρόφησης και ενσωματωμένη υποδοχή χορήγησης οξυγόνου. Αποτελεσματικός μεταλλάκτης θέρμανσης και ύγρανσης με ελάχιστη αντίσταση ροής. Με συνδετικό 15 mm συμβατό με αναπνευστικά συστήματα. Αποστειρωμένα, μιας χρήσης.	Τεμ.	130	1,10	143,00	161,59	13%
12	Κουβέρτες μιας χρήσεως για μηχανήμα ψύξης – θέρμανσης BLANKENTROLL III, που διαθέτει το νοσοκομείο. Διαστάσεις 63,5cm X 83,8 cm	Τεμ.	80	46,00	3.680,00	4.563,20	24%
13	Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών με συνοδό συσκευή από χαρτί υψηλής ποιότητας , ανθεκτικές με εσωτερική επένδυση πλαστικών ολόσωμες φάρδους μεγαλύτερου των 110 cm.	Τεμ.	40	8,40	336,00	416,64	24%

14	Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών με συνοδό συσκευή από χαρτί υψηλής ποιότητας , ανθεκτικές με εσωτερική επένδυση πλαστικών άνω σώματος διάστασης 201X76εκ.+2 εκ.,με ανατομική λαϊμόκοψη.Να διαθέτουν δύο υποδοχές του σωλήνα (αριστερά-δεξιά)Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ , υποαλλεργικό , απαλό και ανθεκτικό.Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη , να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνεια τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αιωρούνται, να είναι ελεύθερες latex και ελεύθερες DEHP, ελεύθερες PVC , υψηλής αντίστασης σε ανάφλεξη (να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610) , ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10. Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές , ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες , ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος , απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυταρροτοξικές , ελεύθερες PVC. Οι υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης να διαθέτουν διπλούς κρίκους ασφαλείας & να εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή σύνδεση. Η συσκευή παραγωγής θερμού αέρα να είναι αθόρυβη , με υψηλή απόδοση και εύκολη στη χρήση.Με την ενεργοποίηση της να επιτυγχάνει την επιλεγείσα θερμοκρασίαεντός μόνο 60 sec και τη διατηρεί σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης για λόγους ασφαλείας, όταν τίθεται σε λειτουργία να παρέχει αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38+-2ο C. Να είναι αθόρυβη με επίπεδο θορύβου έως 48 db. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο αέρα ταξινόμησης HEPA, της υψηλότερης κατηγορίας H13, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας 0,3 μm 99,99%-0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2.000 ώρες χρήσης.	Τεμ.	300	8,80	2.640,00	3.273,60	24%
15	Καπέλα χειρουργείου μιας χρήσης Γυναικών διάτρητα (με λάστιχο πίσω)	Τεμ.	3.000	0,05	150,00	186,00	24%
16	Ρύγχη αναρρόφησης με ελαία τύπου YANCAUER με ωπή. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως	Τεμ.	900	1,20	1.080,00	1.220,40	13%
17	Ρύγχη αναρρόφησης χωρίς ωπή τύπου YANCAUER . Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως	Τεμ.	150	1,20	180,00	203,40	13%
18	Κάλυμμα χειρουργικής τραπεζας μιας χρήσης 3 στρωμάτων , αδιάβροχο , με αντιμικροβιακό φραγμό , διαστάσεων 100 X 230 cm , με ταχύτητα απορρόφησης λιγότερο από 5sec , η οποία να πιστοποιείται , ώστε τα προσπίπτοντα υγρά να απορροφώνται χωρίς διάχυση στον περιβάλλοντα χώρο	Τεμ.	500	10,00 €	5.000,00	5.650,00	13%
19	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσμο. Διαστάσεων 50cm * 50cm	Τεμ.	5.000	0,30	1.500,00	1.695,00	13%
20	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσμο. Διαστάσεων 50cm * 75cm	Τεμ.	1.000	0,33	330,00	372,90	13%
21	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσμο. Διαστάσεων 75cm * 90cm	Τεμ.	3.000	0,35	1.050,00	1.186,50	13%
22	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά με αυτοκόλλητο, με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσμο. Διαστάσεων 75cm * 90cm	Τεμ.	1.000	0,45	450,00	508,50	13%
23	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, αποστειρωμένα αυτοκόλλητα απορροφητικά με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσμο. Διαστάσεων 50cm * 75cm	Τεμ.	1.000	0,43	430,00	533,20	24%
24	Συρραπτικά Δέρματος REGULAR, μιας χρήσεως, αποστειρωμένα, ≈ 30-35 clips	Τεμ.	1.500	2,40	3.600,00	4.464,00	24%
25	Μάσκες χειρουργείου ενισχυμένες τριών στρωμάτων με μεταλλική ενίσχυση με λάστιχο στήριξης στα αυτιά, μιας χρήσεως.	Τεμ.	15.000	0,21	3.150,00	3.339,00	6%

26	Πλάκα γείωσης, μίας χρήσεως, διπλής αγωγίμης επιφάνειας, διάστασης διάστασης 18.3 x 11.4 cm, με αγωγήμη επιφάνεια 137 cm ² και ενσωματωμένο καλώδιο μήκους περίπου 3 μέτρα. Να συνεργάζεται με σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας επαφής του ηλεκτροδίου με τον ασθενή (Adaptive REM). Να διατίθεται με υπόστρωμα πολυμερούς γέλης νερού ώστε να διατηρείται η υγρασία στο δέρμα και με ακρυλικό υπόστρωμα κόλλας περιμετρικά για την αποφυγή εισόδου υγρών. Να είναι ελαστική και εύκαμπτη ώστε να μη σκίζεται. Να είναι ελεύθερη από latex και PVC. Να έχει μεγάλη επιφάνεια για μειωμένη αντίσταση στο σημείο επαφής και να διατίθεται για χρήση σε ασθενείς άνω των 5 κιλών. Να διατίθενται από εταιρεία πιστοποιημένη με ISO 9001, ISO 13485 & ISO 14001. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 13485 και το είδος να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ)2017/745(να κατατεθούν πιστοποιητικά) Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολογήση	Τεμ.	1.200	5,30	6.360,00	7.886,40	24%
27	Ηλεκτρόδιο γείωσης επικαλυμμένο με Polyhesive διπλής επιφάνειας, με υδρογέλη, διάστασης 18.3 x 11.4 cm, που να υποστηρίζουν την τεχνολογία Adaptive REM, με αγωγήμη επιφάνεια 137 cm ² , αδιάβροχο, μίας χρήσεως αποστειρωμένο, ελεύθερο από λατέξ χωρίς καλώδιο, με αφαιρούμενο αυτοκόλλητο γραφής στοιχείων του εκάστοτε ασθενούς	Τεμ.	200	1,90	380,00	471,20	24%
28	Κουστούμι χειρουργείου μίας χρήσης XXL (μπλούζα-παντελόνι)	Τεμ.	50	1,30	65,00	80,60	24%
29	Σάκοι αναρρόφησης χειρουργείου με φίλτρο 2 λίτρα, μίας χρήσης, με βάση για την αναρρόφηση, αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία. Η βάση να διατίθεται δωρεάν.	Τεμ.	1.000	2,00	2.000,00	2.480,00	24%
30	Νυστέρια με πλαστική λαβή Νο 10, αποστειρωμένα, μίας χρήσεως	Τεμ.	1.000	0,20	200,00	248,00	24%
31	Νυστέρια με πλαστική λαβή Νο 11, αποστειρωμένα, μίας χρήσεως	Τεμ.	2.000	0,20	400,00	496,00	24%
32	Νυστέρια με πλαστική λαβή Νο 12, αποστειρωμένα, μίας χρήσεως	Τεμ.	500	0,20	100,00	124,00	24%
33	Νυστέρια με πλαστική λαβή Νο 15, αποστειρωμένα, μίας χρήσεως	Τεμ.	1.000	0,20	200,00	248,00	24%
34	Νυστέρια με πλαστική λαβή Νο 21, αποστειρωμένα, μίας χρήσεως	Τεμ.	2.000	0,20	400,00	496,00	24%
35	Νυστέρια με πλαστική λαβή Νο 23, αποστειρωμένα, μίας χρήσεως	Τεμ.	500	0,20	100,00	124,00	24%
36	Λεπίδες χειρουργικών μαχαριδίων Νο 10, αποστειρωμένες, μίας χρήσεως	Τεμ.	1.000	0,08	80,00	99,20	24%
37	Λεπίδες χειρουργικών μαχαριδίων Νο 11, αποστειρωμένες, μίας χρήσεως	Τεμ.	7.400	0,08	592,00	734,08	24%
38	Λεπίδες χειρουργικών μαχαριδίων Νο 12, αποστειρωμένες, μίας χρήσεως	Τεμ.	500	0,08	40,00	49,60	24%
39	Λεπίδες χειρουργικών μαχαριδίων Νο 15, αποστειρωμένες, μίας χρήσεως	Τεμ.	1.000	0,08	80,00	99,20	24%
40	Λεπίδες χειρουργικών μαχαριδίων Νο 20, αποστειρωμένες, μίας χρήσεως	Τεμ.	500	0,08	40,00	49,60	24%
41	Λεπίδες χειρουργικών μαχαριδίων Νο 21, αποστειρωμένες, μίας χρήσεως	Τεμ.	3.000	0,08	240,00	297,60	24%
42	Λεπίδες χειρουργικών μαχαριδίων Νο 22, αποστειρωμένες, μίας χρήσεως	Τεμ.	450	0,08	36,00	44,64	24%
43	Λεπίδες χειρουργικών μαχαριδίων Νο 23, αποστειρωμένες, μίας χρήσεως	Τεμ.	450	0,08	36,00	44,64	24%
44	Αδιάβροχα σεντόνια αποστειρωμένα με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο, διάσταση: 150cm* 180cm, μίας χρήσεως	Τεμ.	1.800	1,30	2.340,00	2.901,60	24%

45	Χειρουργικό σετ Διουρηθρικής προστατεκτομής, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο πλήρες.	Τεμ.	100	4,60	460,00	570,40	24%
46	Στειλέος διαθερμίας συμβατός με διαθερμία που διαθέτει σύστημα αναγνώρισης του ιστού. Να είναι αντικολλητικός με επικαλυμμένη λεπίδα edge που καθιστά το ηλεκτρόδιο ακόμα πιο ασφαλές από διαρροή ρεύματος, μιας χρήσης με δυνατότητα εγγραφής πιστοποίησης κατά του εγκαύματος, με πλαστική βάση στήριξης στειλέου διαθερμίας, αποστειρωμένη μιας χρήσης	Τεμ.	1.200	1,23	1.476,00	1.830,24	24%
47	Καλλύματα τραπεζιού MAYO αποστειρωμένα αδιά-βροχα ενισχυμένα διάσταση: 80cm *145 cm, μιας χρήσεως, στην εξωτερική συσκευασία να υπάρχει εμφανώς εικονίδιο δύο (2) χεριών για ανάδειξη της άνω επιφάνειας.	Τεμ.	2.300	0,90	2.070,00	2.339,10	13%
48	Καλλύματα αποστειρωμένα για ακτινολογικά μηχανήματα με λάστιχο ή κορδόνι .διάσταση 60cm* 1m περίπου, μιας χρήσεως.	Τεμ.	400	1,10	440,00	545,60	24%
49	Κάλλυμα παντός τύπου λάμπας χειρουργείου αποστειρωμένο, μιας χρήσεως.	Τεμ.	2.000	0,85	1.700,00	2.108,00	24%
50	Καλλύματα καλωδίων αποστειρωμένα διάσταση: 12cm* 250 cm περίπου, μιας χρήσεως.	Τεμ.	300	0,51	153,00	189,72	24%
51	Δισάκια Διαθερμίας και λαπαροσκοπικών εργαλείων μονού θαλάμου, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως διαστάσεων τουλάχιστον πλάτους 31 cm και ύψους 50cm.	Τεμ.	500	0,85	425,00	527,00	24%
52	Συσκευή συλλογής βρογχικών εκκρίσεων και βλεννών για νεογνά και παιδιά, αποστειρωμένη, μίας χρήσης Latex – free Να διαθέτει φιαλίδιο χωρητικότητας 25 ml, από pvc νοσοκομειακού τύπου, καπάκι ασφαλείας βιδωτό, δεύτερο καπάκι , ετικέτα ασθενούς, δύο ακτινοσκοπούς καθετήρες αναρρόφησης 6 & 10 Fr, από pvc νοσοκομειακού τύπου, μήκους 36 εκ. Να διαθέτει ενσωματωμένο διαφανή σωλήνα σύνδεσης αναρρόφησης μήκους 40 εκ., με αποσπώμενο τμήμα 30 εκ., και ελαστικό πλαστικό άκρο για σύνδεση με κάθε τύπο συνδετικού αναρρόφησης. Ο σωλήνας να έχει δυνατότητα απόσπασης μέρους του μέσω συνδετικού και το κατάλληλα διαμορφωμένο άκρο του σφραγίζει με ασφάλεια τη δεύτερη υποδοχή στο καπάκι δημιουργώντας ένα πλήρως κλειστό σύστημα και χερούλι μεταφοράς.	Τεμ.	200	2,50	500,00	620,00	24%
53	Συσκευή παροχέτευσης θώρακα 3 θαλάμων χωρητικότητας τουλάχιστον 2100 cc που να μπορεί να λειτουργήσει με τη βαρύτητα ή με την αναρρόφηση. Να διαθέτει σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς ο οποίος να διαθέτει απαραίτητα clamp για διακοπή της ροής ή για άρμεγμα και να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης από τη βάση της συσκευής για άμεση και εύκολη αλλαγή παροχέτευσης. Με διαβαθμίσεις ανά 10 ml στα πρώτα 200 ml κάνοντας τη συσκευή κατάλληλη και για παιδιατρική χρήση. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας θετικής πίεσης και βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης με ειδικό ενσωματωμένο φίλτρο και δυνατότητα πλήρωσης του θαλάμου ενδοθωρακικών πιέσεων χωρίς τη χρήση βελόνας. Να υπάρχει η δυνατότητα συλλογής δείγματος χωρίς τη χρήση βελόνας τόσο από το πίσω μέρος του θαλάμου συλλογής υγρών και αέρα όσο και από τον αποσπώμενο σωλήνα με την βοήθεια συνδετικού. Να έχει σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση. Τα διαμερίσματα που χωρίζουν τον θάλαμο συλλογής υγρών θα πρέπει να επικοινωνούν μόνο από την οπίσθια πλευρά όπου σε περίπτωση τοποθέτησής της συσκευής σε ύπτια θέση να μην συντρέξει κίνδυνος μετατόπισης υγρών από το ένα διαμέρισμα στο άλλο. Να έχει ειδική χειρολαβή για κρέμασμα στο κρεβάτι, μικρό μέγεθος .	Τεμ.	60	20,00	1.200,00	1.356,00	13%
54	Ισοθερμικά πεδία 3 επιπέδων από αλουμίνιο (βαμβακερό- αλουμίνιο- πλαστικό) από μονωτικό υλικό μη αγωγίμο-αντιστατικό-ακτινοδιαπερατό ενηλίκων (2,10 m X1,20 m περίπου).	Τεμ.	250	7,70	1.925,00	2.387,00	24%

55	Συσκευή παροχέτευσης τραυμάτων με κενό αέρος, χωρητικότητας 600 ml, προκαθορισμένης αρνητικής πίεσης 700 mmHg, κατασκευασμένη από μη τοξικό και απυρετογόνο υλικό. Η φιάλη να φέρει απαραίτητα ειδική βαλβίδα προσδιορισμού του κενού αέρος στο άνω μέρος της μπουκάλας, με οπτική ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης του επιπέδου αρνητικής πίεσης (ενδείξεις min- max) που βρίσκεται πάνω στο πλαστικό κάλυμμα της φυσούνας κενού καθώς και καπάκι ασφαλείας για την προστασία της βαλβίδας ρύθμισης της προεγκατεστημένης υψηλής αρνητικής πίεσης. Να διαθέτει συνδετικό σωλήνα, κατασκευασμένο από ειδικό υλικό για να μην τσακίζει. Η σύνδεση με τη μπουκάλα να είναι μέσω συστήματος LUER LOCK. Να υπάρχει ειδικό σύστημα διακοπής της παροχέτευσης καθώς και ειδική διάταξη για το κρέμασμά της. Να διαθέτει καθετήρα μήκους 50 εκατοστών περίπου, όπου στα 14 εκατοστά να διαθέτει πλευρικές οπές για αυξημένη παροχέτευτική ικανότητα και να συνοδεύεται από τροκάρ-βελόνη ανοξείδωτου χάλυβα σε μεγέθη 10-12-14-16-18 CH. Να προσφερθεί και μπουκάλα αλλαγής. Η ανταλλακτική μπουκάλα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και καθετήρα μήκους 50 εκατοστών. CH 10=30, CH 12=60, CH 14=90, CH 16=240, CH 18=30	Τεμ.	400	4,10	1.640,00	1.853,20	13%
56	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες, μιας χρήσης, με ενίσχυση στο θώρακα και στα μανίκια, μέγεθος XL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χεριών, απορροφητικές.	Τεμ.	1.500	3,20	4.800,00	5.952,00	24%
57	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες, μιας χρήσης, με ενίσχυση στο θώρακα και στα μανίκια, μέγεθος XXL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χεριών, απορροφητικές.	Τεμ.	1800	8,00	14.400,00	17.856,00	24%
58	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσης, μέγεθος XXL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χεριών, απορροφητικές.	Τεμ.	2.000	5,50	11.000,00	13.640,00	24%
59	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσης, για <u>ουρολογική επέμβαση</u> , μέγεθος XL. Να διαθέτει κόψιμο στο μπροστινό μέρος (μεγάλη διπλή πιέτα) με δυνατότητα αναδίπλωσης, με ενίσχυση στο θώρακα και μανίκια.	Τεμ.	300	2,80	840,00	1.041,60	24%
60	Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 1.0=5 1.5=5 2.0=5 2.5=5 3.0=10 4.0=10 5.0=10	Τεμ.	30	22,00	660,00	818,40	24%
61	Λαρυγγικές Μάσκες χωρίς αεροθάλαμο με δυνατότητα προσαρμογής στην ανατομία του κάθε ασθενούς (Σιλικόνης) μιας χρήσης. Να έχει ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι. Υπεργλωττιδικές, No3 =5 No 4=10 No 5=10	Τεμ.	25	45,00	1.125,00	1.395,00	24%

62	AMBU παιδικές ,για χειροκίνητο θετικό αερισμό χωρίς αναπνευστική συσκευή, αυτόματα επανεκπυσσόμενος με βαλβίδα μιας κατεύθυνσης, μιας χρήσεως.	Τεμ.	20	13,00	260,00	322,40	24%
63	AMBU ενηλίκων, για χειροκίνητο θετικό αερισμό χωρίς αναπνευστική συσκευή, αυτόματα επανεκπυσσόμενος μιας χρήσεως LATEX FREE.	Τεμ.	260	13,00	3.380,00	4.191,20	24%
64	Στοματοφαρυγγικοί Αεραγωγοί, υψηλής ποιότητας, ατραυματικοί, όλων των μεγεθών LATEX FREE	Τεμ.	500	0,38	190,00	235,60	24%
65	Σετ σωλήνων κυκλώματος αναισθησιολογικού μηχανήματος, LATEX FREE, για χρήση σε ενήλικες , μήκους τουλάχιστον 180 εκ. οι δύο σωλήνες και 150 ο τρίτος.Το σετ να περιλαμβάνει 2 σωλήνες με "Y" και ένα ασκό .Να είναι αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, να διαθέτει γωνία 'Γ' με υποδοχή LUER LOCK καπνογράφου, μιας χρήσεως	Τεμ.	350	5,00	1.750,00	2.170,00	24%
66	Εξαγωγέας λίθων τύπου μπασκετ για ουρητηροσκόπιο με 4 ομαλά σύρματα από Nitinol, ατραυματικό χωρίς αιχμηρό άκρο μεγέθους 1,9fr, μήκος 120mm και διαμέτρου καλαθιού 12mm. Να διαθέτει εργονομική αποσπώμενη λαβή με δυνατότητα περιστροφής του μπάσκετ με ειδικό μηχανισμό αποφυγής καταστροφής του μπασκετ. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.	Τεμ.	30	199,00	5.970,00	6.746,10	13%
67	Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής - αφαίρεσης παρασκευασμάτων. Μιας χρήσεως, αποστειρωμένος σε διπλή συσκευασία, ανθεκτικός, αδιάβροχος, χωρητικότητας 200ml (Πιστοποιημένο Ιατροτεχν.Προϊόν με CE 0123)	Τεμ.	50	12,20	610,00	756,40	24%
68	Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής - αφαίρεσης παρασκευασμάτων. Μιας χρήσεως, αποστειρωμένος σε διπλή συσκευασία, ανθεκτικός, αδιάβροχος, χωρητικότητας 800ml (Πιστοποιημένο Ιατροτεχν.Προϊόν με CE 0123)	Τεμ.	100	17,00	1.700,00	2.108,00	24%
69	<u>Ιωδοφόρο Οθώνιο</u> τεμνόμενο με σακούλα συλλογής υγρών διαστάσεων περίπου 3,20m X 2,10m, αποστειρωμένο, μιας χρήσης με γ-ακτινοβολία, με αντιμικροβιακή δράση	Τεμ.	200	35,00	7.000,00	7.910,00	13%
70	<u>Ιωδοφόρο Οθώνιο</u> με τεμνόμενη αποστειρωμένη περιοχή περίπου 60X45cm, ολόκληρο περίπου 90X45cm, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο με γ-ακτινοβολία	Τεμ.	350	12,00	4.200,00	4.746,00	13%
71	Ορθοπεδική κάλτσα, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία, αδιάβροχη, non woven υλικό εσωτερικά, βαμβακερή επίστρωση εσωτερικά. Να περιέχει αυτοκόλλητη ταινία για καλύτερη συγκράτηση, Μεγέθη L & XL	Τεμ.	100	2,00	200,00	248,00	24%
72	Μανίκια αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, ατομική συσκευασία, για χρήση πάνω από χειρουργική ποδιά. Να μην περιέχει latex να είναι αδιάβροχα και να έχουν πλεκτή ελαστική μανσέτα.	Τεμ.	100	1,00	100,00	124,00	24%
73	Σετ υδατοπαγίδας με συνδετικά καπνογραφίας για το Αναισθ. Μηχάνημα DATEX OHMEDA AVANCE (σε bt των 100τεμ.) από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατασκευάστριας εταιρείας	σετ	5	425,00	2.125,00	2.635,00	24%
74	Φίλτρα Κάνιστρου Νατράρβεστου για το Αναισθ. Μηχάνημα DATEX OHMEDA AVANCE από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατασκευάστριας εταιρείας	Τεμ.	300	4,00	1.200,00	1.488,00	24%

75	Φίλτρα Αναπνευστήρα,Αντιμικροβιακά, κατασκευασμένα από πτυχόμενη μεμβράνη φίλτραρίσματος, εναλλακτικής ύγρανσης-θέρμανσης. Να κατακρατούν > 99,999 % των μικροβίων και ιών σε κλινικό περιβάλλον με πιστοποίηση. Να έχει χαμηλό βάρος και νεκρό όγκο < 65ml.Να έχουν απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη από 30mg / ανά λίτρο σε αναπνευστικό όγκο 500 ml. Να έχουν υποδοχή καπνογράφου με καπάκι.Να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. Να συστήνεται για αναπνευστικό όγκο 200ml έως 1500 ml.Χαμηλής αντίστασης ροής < από 2cm H2O και 60lt/min. Ελεύθερα Latex.	Τεμ.	500	0,55	275,00	341,00	24%
76	Καθετήρες θώρακος με ατραυματικό τροκάρ από P.V.C. Να είναι βιοσυμβατοί και αιμοσυμβατοί. Να φέρουν ακτινοσκοιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και διαγραμμίσεις βάθους ανά 2 εκατοστά. Να έχει ενσωματωμένο συνδετικό με ακροφύσιο. Αποστειρωμένοι μιας χρήσης. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη. fr 28=100, fr 24 =50, fr32=30	Τεμ.	180	4,00	720,00	892,80	24%
77	Μαρκαδόρος δέρματος που να συνοδεύεται από ειδικό χάρακα σε αποστειρωμένη συσκευασία μιάς χρήσης.	Τεμ.	20	0,60	12,00	14,88	24%
78	Σεντόνι αρθροσκόπησης, αποστειρωμένο μιάς χρήσης που να καλύπτει τον ασθενή, διαστάσεως 320cm x 230cm περίπου. Να υπάρχει ενσωματωμένο στο σεντόνι σακούλα συλλογής υγρών, υποδοχή για συγκράτηση καλωδίων και σωλήνων και να έχει δακτύλιο για την έξοδο και απομόνωση του κάτω άκρου.	Τεμ.	35	5,05	176,75	219,17	24%
79	Λαρυγγική μάσκα δεύτερης γενιάς η οποία να έχει ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι ο οποίος καταλήγει σε 2 οπές για τοποθέτηση καθετήρα Levin ή καθετήρα αναρρόφησης.Να έχει τη δυνατότητα διασωλήνωσης με κοινό ενδοτραχειακό σωλήνα ο οποίος ελέγχεται από ινοπτικό βρογχοσκόπιο και να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη με σωλήνα που να φέρει την απαιτούμενη γωνίωση για επιτυχή τοποθέτηση , ελεύθερη από Latex και φθαλικές ενώσεις (DEHP). Να φέρει σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού ο οποίος διαθέτει τεχνολογία cuff pilot για συνεχή οπτική παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης του αεροθαλάμου.Να διαθέτει ενσωματωμένο bite block, σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση και να επιτυγχάνει πιέσεις φραγής (32cm H2O) που επιτυγχάνει η πρώτη υπεργλωττιδική συσκευή δεύτερης γενιάς LMA ProSeal. Να είναι αποστειρωμένη και διαθέσιμη σε μεγέθη 3.0, 4.0 και 5.0.	Τεμ.	200	30,00	6.000,00	7.440,00	24%
80	Ενδοτραχειακοί σωλήνες ενισχυμένοι σπιράλ με cuff, κατασκευασμένοι από θερμοελαστικό PVC, μη τοξικό (latex free) τελείως ανεκτοί από το ανθρώπινο σώμα, με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.Να φέρουν ακτινοσκοιερή γραμμή μέχρι το κατωφερέστερο άκρο και ειδική σήμανση βάθους σε απόσταση 3cm από το cuff , ως ένδειξη σωστής ως προς το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα εντός της τραχείας. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και ο σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα. Όταν ξεφουσκώνει το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα διευκολύνοντας τη διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού της.Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά και να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού της . Με murphy eye. Οι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.Να υπάρχει δειγματοσμό No 6 = 5 τεμ, No 6,5 =5 τεμ. No 7 = 10 τεμ. No 8,0 = 10 τεμ No 8,5 = 10 τεμ. No 7,5 = 10 τεμ,	Τεμ.	50	5,00	250,00	310,00	24%

81	Ενδοτραχειακός σωλήνας με ακροθάλαμο από PVC.Να φέρει πρόσθετο αυλό Evac ενσωματωμένο στο τοίχωμα του σωλήνα. Να φέρει κωνικό σχήμα ακροθαλάμου με βαθμιαία μετρούμενη διάμετρο σε όλο το μήκος του. Η βελτιωμένη απόδοση φραγής να πιστοποιείται. Να διαθέτει αδιαφανής από τις ακτίνες X ,ένδειξη στο ραχιαίο άνοιγμα. Με Murphy eye. Απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα. No6,5=10 No 7,5=50 No8,5=50 No 7=10 No8=20 No9=10	Τεμ.	150	12,00	1.800,00	2.232,00	24%
82	Συσκευή παροχέτευσης θώρακα ξηρης αναρρόφησης και ξηρης στεγανοποίησης με θαλαμο συλλογής χωρητικότητας 2000ml, εφαρμογή χωρίς νερό, χωρίς ηχητική λειτουργία, έτοιμο προς χρήση και έλεγχο της απόδοσης αναρρόφησης με ρυθμιστή που διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα -10 cm και -40 cm H2O .Να διαθέτει επιπλέον βάση στήριξης τύπου «σταυρό».	Τεμ.	5	40,00	200,00	248,00	24%
83	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ ‘S’ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ (χωρίς latex) Το σετ :1. Φέρει υδρόφιλο μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική εργονομική λαβή ‘S’ στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει και πλαϊνή ειδική θύρα για την εισαγωγή με την μέθοδο Seldinger. 2. Φέρει σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο θερμοευσαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latex free) με Cuff Χαμηλής πίεσης – Μεγάλου όγκου,DHPD free, με χρωματική διαφορά ανάλογα με το νούμερο, με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.. Ο σωλήνας έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff.Το κωνικό σχήμα του cuff προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού. • Το CUFF εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης. • Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το No.7 – No.10 την ίδια διάμετρο. Όταν ξεφουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού. • Το CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. • Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του cuff. 3. Φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και εφαρμόζουν με «κλικ» στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). 4. Φέρει ειδικό οδηγό, που «κλειδώνει», εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στρογγυλεμένο και λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger. 5. Φέρει αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη 6.Φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό. 7. Φέρει σύριγγα 5ml & 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας 8. Φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών 9. Φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου J tip 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική συσκευασία για χρήση με ένα χέρι 10. Φέρει 2 αποστειρωμένα λιπαντικά gel και 10 γάζες για την τραχεία 11. Φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες. 12. Φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας 13.Φέρει γάζα με οπή για την τραχεία 14.Φέρει νυστέρι ασφαλείας ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ No 7 No 8 No 9	Τεμ.	20	130,00	2.600,00	3.224,00	24%

84	ΜΑΣΚΕΣ IGEL1. υπεργλωττιδικές μάσκες μ.χρήσης. Φέρουν ένα περιφερικό τμήμα από στερεό ιδιαίτερα εύπλαστο θερμοπλαστικό μαλακό υλικό, τύπου ζελέ (gel) σε σχήμα πετάλου, αντί για αεροθάλαμο. 2. Είναι 2ης γενιάς, με διευρυμένο κανάλι αναρρόφησης γαστρικών υγρών, μαλακό προστατευτικό δοντιών, σύστημα αποφυγής απόφραξης επιγλωττίδας και άγκιστρο σταθεροποίησης (hook ring) με χρωματικό κωδικό μεγέθους. 3. Είναι εξολοκλήρου από μαλακό υλικό και πεπλατυσμένο σχήμα για στρεπτική ακαμψία 4. Φέρει επιπλέον οπή για χορήγηση O2. 5. Είναι προστατευμένη σε ειδική θήκη με χρωματικό κωδικό διάκρισης.	Τεμ.	40	55,00	2.200,00	2.728,00	24%
85	Κάλυμμα χειρουργικών δαπέδων . Κάλυμμα υπεραπορροφητικό αντιολισθητικό με οπές μη διαπερατό, ανθεκτικό αποδεδειγμένα στην απορρόφηση χημικών, τριών στρωμάτων με poly backing αδιάβροχη επένδυση, διάσταση 72cm *50cm, το οποίο διατίθεται σε συσκευασία ενός ρολού διαστάσεων 72cm * 31cm περίπου και να περιέχει τουλάχιστον 60 τεμ. ,διάτρητο ανά 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική μεταλλική συμπαγή βάση δύο θέσεων (θα διατίθεται ως συνοδός εξοπλισμός)με μεταλλικούς δακτύλιους για ευκολη περιστροφή και με ειδική θήκη κοψίματος. Απαραίτητως να προσκομιστούν prospectus και πιστοποιητικά της μεταλλικής βάσης .	ρολλα	8	250,00	2.000,00	2.480,00	24%
86	Διαθερμία στυλό διάρκειας 60 min έως 1200οC . ΜΧ αποστειρωμένη, διπολικής μπαταρίας για τον καυτηριασμό μικρών αγγείων.	Τεμ.	50	10,00	500,00	620,00	24%
87	Αντάπτορας τραχειοτομίας μιας χρήσης για διασωληνωμένους ασθενείς για εφαρμογή παροχής υψηλής ροής, συμβατό με την συσκευή παροχής υψηλής ροής airvo2. Να είναι κατασκευασμένο το κομμάτι του αεραγωγού από ειδικό υδρόφιλο υλικό, που να διαχέει την υγρασία στην ατμόσφαιρά. Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο κύκλωμα της συσκευής airvo2. Και να ασφαλίζει/ κουμπώνει προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης να διαθέτει περιστρεφόμενο καπάκι προστασίας και οπή για αναρρόφηση Να είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Τεμ.	50	30,00	1.500,00	1.860,00	24%
88	Κύκλωμα για αναπνευστήρες osiris μιάς χρήσης Αποστειρωμένοι	Τεμ.	100	50,00	5.000,00	6.200,00	24%

	ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2 1. Να είναι συμβατό για χρήση με τη συσκευή AIRVO 2 που διαθέτει το νοσοκομείο, και να είναι σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά της συσκευής όπως αυτά αναφέρονται τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. 2. Η συσκευασία να περιλαμβάνει: - Θερμαινόμενο σωλήνα για την χορήγηση του μείγματος αερίων με ενσωματωμένη αντίσταση θέρμανσης περιμετρικά στο τοίχωμα του κυκλώματος και ενσωματωμένο αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας αερίων στον ασθενή. Να διαθέτει σύστημα ασφάλισης πάνω στην συσκευή, προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης και διακοπής της θεραπείας. Για τον ίδιο λόγο να διαθέτει και ειδικό σύστημα απασφάλισης του κυκλώματος από την συσκευή. Να διαθέτει πρόσθετο σύστημα μόνωσης από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος προς αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων υγρασίας που είναι επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών. Να διαθέτει ειδικό κλιπ σταθεροποίησης του σωλήνα στα ρούχα του ασθενή, εκμηδενίζοντας το τράβηγμα της ρινικής κάνουλας και την διακοπή της θεραπείας - Θάλαμο νερού που να διαθέτει σύστημα αυτόματης πλήρωσης νερού με διπλό ανεξάρτητο σύστημα προστασίας από υπερβολική πλήρωση του θαλάμου με νερό για την μέγιστη προστασία των ασθενών. 3. Να εναρμονίζεται πλήρως με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της συσκευής AIRVO2, όπως αυτά περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής: εύρος ρύθμισης ροών από 2 - 60 L/min, εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας από 31 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 4. Προκειμένου να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς που μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπεία υψηλής ροής: - Να είναι κατάλληλο για χρήση με όλες τις κατηγορίες ασθενών που υποστηρίζει η συσκευή AIRVO 2 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της, ήτοι ενήλικες, παιδιά και βρέφη, διαθέτοντας δυνατότητα σύνδεσης με τις αντίστοιχες ρινικές κάνουλες για τις παραπάνω κατηγορίες ασθενών. - Να υποστηρίζει τη σύνδεση με τις νέες ασύμμετρες ρινικές κάνουλες, ή άλλες με εναλλακτικό σχεδιασμό αλλά ισοδύναμες σε χαρακτηριστικά, ώστε να παρέχεται αποδεδειγμένα (βάσει μελέτης/μελετών) σημαντικά υψηλότερη τελοεκπνευστική πίεση με ταυτόχρονη βελτίωση της έκλυσης του CO2 των ασθενών, σε σύγκριση με τις τυπικές συμμετρικές ρινικές κάνουλες. 5. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. 6. Καθώς το προσφερόμενο είδος αποτελεί εξάρτημα της συσκευής AIRVO 2, με μηχανική και ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ τους, ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδοτημένο και πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του πλήρους συστήματος, ήτοι της συσκευής AIRVO 2 και των προσφερόμενων εξαρτημάτων, για την διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των συστημάτων και άμεσης τεχνικής υποστήριξης αυτών. 7. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε πρωτότυπα εγχειρίδια/έντυπα του κατασκευαστικού οίκου ή από επίσημες πηγές. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ						
89		Τεμ.	60	90,00	5.400,00	6.696,00	24%
90	Επίδεσμος τραχειοστομίας αποτελούμενος από διαφορετικά στρώματα (επιφάνεια λαδιού σιλικόνης, στρώμα αφρού πολυουρεθάνης, αδιάβροχη συγκολλητική μεμβράνη). Να διαθέτει ενσωματωμένη κεντρική πλάκα επαφής και κουμπί που εμποδίζει την ανεπιθύμητη διέλευση αέρα κατά τον βήχα ή την ομιλία. Διαστάσεις περίπου 75mmX75mm.	Τεμ.	30	11,93	357,90	443,80	24%

91	RINIΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AIRVO • Να είναι συμβατές με το σετ θερμαινόμενου κυκλώματος και τις συσκευές παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλές ροές, σειράς Airvo. • Οι ρινικές κάνουλες να διαθέτουν κυρτά ακροφύσια, η διάμετρος των οποίων να είναι διαφορετική για κάθε ακροφύσιο (το ένα μεγαλύτερης διαμέτρου από το άλλο ή ισοδύναμο), για την ενίσχυση της αναπνευστικής υποστήριξης σε σύγκριση με τις τυπικές συμμετρικές ρινικές κάνουλες, με τη δημιουργία μεγαλύτερης παραγόμενης τελοεκπνευστικής πίεσης, άνω των 6 cmH2O στα 60L/min ροής και της ταυτόχρονης αποτελεσματικότερης έκπλυσης του διοξειδίου του άνθρακα στον νεκρό ανατομικό χώρο του άνω αναπνευστικού συστήματος των ασθενών, άνω του 80% στα 60L/min ροής. Τα παραπάνω να αποδεικνύονται από δημοσιευμένη/ες μελέτη/ες. • Ο σωλήνας σύνδεσης με το κύκλωμα, να είναι κατασκευασμένος από ειδικό υλικό προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων. • Να προσφερθούν προς επιλογή (όλα τα μεγέθη Small, Medium & Large) ασύμμετρες ρινικές κάνουλες με μαλακά επιθέματα σιλικόνης για ενίσχυση της σταθερότητας. • Να είναι κατάλληλες για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. • Να μην περιέχει λάτεξ και φθαλικές ενώσεις. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Τεμ.	50	33,00	1.650,00	2.046,00	24%
92	RINIΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AIRVO • Να είναι συμβατές με το σετ θερμαινόμενου κυκλώματος και τις συσκευές παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλές ροές, σειράς Airvo • Οι ρινικές κάνουλες να ασφαλίζουν / «κουμπώνουν» με το θερμ/νο κύκλωμα προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης • Ο σωλήνας σύνδεσης με το κύκλωμα, να είναι κατασκευασμένος από ειδικό υλικό προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων. • Να προσφερθούν προς επιλογή (όλα τα μεγέθη Small, Medium & Large) ρινικές κάνουλες με μαλακά επιθέματα σιλικόνης για ενίσχυση της σταθερότητας. • Να είναι κατάλληλες για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. • Να μην περιέχει λάτεξ και φθαλικές ενώσεις. • ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Τεμ.	10	33,00	330,00	409,20	24%
93	Σύστημα ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας (TIVA). Να αποτελείται από τρεις αυλούς διάφανης πολυουρεθάνης (χημικά αδρανές), μήκους 10cm έκαστος, με εσωτερική διάμετρο 1,5mm και εξωτερική διάμετρο 2,5mm για εξαιρετικά στοχευμένη ακρίβεια στη χορήγηση, flow rate 110ml/min ανά αυλό και όγκο πλήρωσης 0,38ml/αυλό. Να διαθέτει βαλβίδες Anti-siphon σε κάθε αυλό, για χρήση με βαρύτητα ή πίεση αντλιών έως 240psi (16,5 bar) και διακόπτες ροής χρωματικά κωδικοποιημένους που προσδιορίζουν τα χορηγούμενα (υπνωτικά-Propofol, Fentanyl- αντιβιοτικά και άλλα υγρά). Η ένωση των χορηγούμενων να γίνεται στο απώτερο άκρο του συστήματος και στο σώμα του καθετήρα, εμποδίζοντας αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Να είναι PVC-FREE σε όλα τα μέρη του, LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένο.	Τεμ.	30	15,90	477,00	591,48	24%

94	Σετ κρικοθυρεοτομής ενηλικων Νυστέρι #10 Οδηγός (bougie) 14Fr Ενδοτραχειακός σωλήνας με εσωτερική διάμετρο 6,0 mm και μανσέτα Σωλήνας επέκτασης Σύριγγα 10 ml Ταινία λαιμού Χαρακτηριστικά: Επιφάνεια χαμηλής τριβής του οδηγού για εύκολη εισαγωγή του σωλήνα Άκρο οδηγού με κλίση και ατραυματικό σχεδιασμό Ενδοτραχειακός σωλήνας με κινητή φλάντζα και μανσέτα για προστασία από εισρόφηση Σωλήνας επέκτασης με δυνατότητα αναρρόφησης έως 16 Fr Ταινία λαιμού για ασφαλή στερέωση του σωλήνα	Τεμ.	10	160,00	1.600,00	1.984,00	13%
95	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Β) Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση, latex-free. Γ) Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο. Δ) Μήκος 230-350 mm και εξωτερική διάμετρο 1.9, 2, 2.2 και 3 mm για παιδιατρικούς σωλήνες No 2-5.	Τεμ.	5	7,00	35,00	43,40	24%
96	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Β) Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση, latex-free. Γ) Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο. Δ) Να διατίθενται σε μεγέθη Large, Medium και Small. Ε) Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως.	Τεμ.	5	7,00	35,00	43,40	24%
97	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ – ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Οδηγοί αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα πολλαπλών χρήσεων με άκρο μαλακή ελαία. Πλαστικοί, αποστειρωμένοι, latex-free. Μεγέθη: μήκος 56 cm για ενδοτραχειακούς σωλήνες No 2.5-3.5.	Τεμ.	5	5,50	27,50	34,10	24%
98	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ – ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Οδηγοί αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα πολλαπλών χρήσεων με άκρο μαλακή ελαία. Πλαστικοί, αποστειρωμένοι, latex-free. Μεγέθη: μήκος 81 cm για ενδοτραχειακούς σωλήνες No 6-10.	Τεμ.	10	6,00	60,00	74,40	24%

99	. ΣΕΤ ΜΙΚΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ / ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Το σετ μικτής ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ασφαλή και αποτελεσματική χορήγηση αναισθησίας, προσφέροντας σταθερότητα και ακρίβεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Χαρακτηριστικά: Σύστημα κλειδώματος για ασφαλή σταθεροποίηση της οσφυονωτιαίας βελόνας με τη βελόνα επισκληριδίου μεγέθους 18 ή 16 G, αποτρέποντας τους τραυματισμούς. Περιεχόμενα του Σετ: Βελόνη με λοξότμηση Pencil Point ή Quincke. Βελόνα επισκληριδίου με λοξότμηση Tuohy. Καθετήρας επισκληριδίου αναισθησίας. Συνδετικό εξάρτημα καθετήρα τύπου κουμπωτό (κροκοδειλάκι) – όχι βιδωτό. Σύριγγα ελαφράς ολισθήσεως LOR 10 ml. Επισκληρίδιο αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο 0,2μm με άκρα luer-lock. Το σετ είναι αποστειρωμένο και κατάλληλο για χρήση σε διαδικασίες μικτής ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας, διασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και ακρίβεια στην εφαρμογή.	Τεμ.	50	26,00	1.300,00	1.612,00	24%
100	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ - ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ παιδιατρικο Σετ κεντρικού καθετήρα τριπλού αυλού, που να περιλαμβάνει καθετήρα πολυουρεθάνης ακτινοσκοιερό, μαλακού άκρου για αποφυγή τραυματισμών, με βαλβίδες αντεπιστροφής αίματος σε κάθε αυλό, με διακόπτη ροής αίματος, με ενσωματωμένα και μετακινούμενα πτερύγια στήριξης και να περιέχονται πέρα του καθετήρα, ειδική βελόνα V με ενσωματωμένη βαλβίδα μη επιστροφής για τον ταυτόχρονο εντοπισμό της φλέβας και άμεσης προώθησης του σύρμα οδηγού, σύρμα οδηγός με κορυφή σχήματος J πολύ υψηλής αντοχής που δεν τσακίζει και δεν γίνεται σπирάλ κατασκευασμένος από Nitinol (Nickel_Titanium – Νικέλιο Τιτάνιο), διαστολέας, σύριγγα και καλώδιο με τη δυνατότητα σύνδεσης ενδοκοιλιακού οδηγού ECG για την ακριβή εύρεση της θέσης του καθετήρα από το καρδιογράφημα.	Τεμ.	10	26,00	260,00	322,40	24%
101	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ . Κατασκευασμένες απο σιλίκονη, ώστε να έχουν την αίσθηση μεμβράνη. Να φέρουν μη αυτοκόλλητη, ειδική και χρωματικά διακριτή γλωττίδα αφαίρεσης. Να είναι σχήματος οβάλ εξολοκλήρου διαφανή, ώστε να προσαρμόζονται απόλυτα στους οφθαλμούς με οριζόντια τοποθέτηση. Να προσφέρονται σε ζεύγος τοποθετημένο σε ενιαία βάση και όχι ατομικά, για ταχεία εφαρμογή και αποφυγή μολύνσεων. Να κατατεθεί δείγμα	Τεμ.	30	5,50	165,00	204,60	24%
102	Ατραυματικές βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης τύπου Pencil Point Το μέγεθος της βελόνης (σε gauge και σε mm) να αναγράφεται στη λαβή τού στυλεού της, για άμεση κι ασφαλή αναγνώριση. Να φέρουν στη λαβή τους οδηγό με φτερά, μήκους 30-40mm Να είναι αποστειρωμένες σε μεγέθη: 20g μήκους 90mm, 120mm 21g μήκους 90mm, 103mm, 120mm 22g μήκους 90mm, 103mm	Τεμ.	130	11,00	1.430,00	1.773,20	24%

103	Προεκτάσεις σε μορφή spiral μεγάλου μήκους από πολυαιθυλένιο (χημικά αδρανές). Να έχουν εσωτερική διάμετρο 1,5mm και εσωτερική 2,5mm με συνδετικά άκρα male/female luer-lock. Να προσφερθούν σε μήκη 100cm, 150cm, 200cm και 300cm με όγκο πλήρωσης 1.9ml, 2.7ml, 3.6ml και 5.2ml αντίστοιχα του μήκους και ροή χορηγήσεων 40ml/min, 28ml/min, 25ml/min και 19ml/min αντίστοιχα του μήκους. Να έχουν ελεγχθεί σε τεστ πιέσεων 40bar-580psi. Να είναι PVC free σε όλα τα μέρη του. Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένες σε διπλή συσκευασία ασφαλείας.	Τεμ.	50	16,00	800,00	992,00	24%
104	ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ☒ Να διατίθεται σε 4 μεγέθη, 5.6/2.8mm, 5.0/2.2mm, 4.2/2.2mm, 2.7/1.2mm. ☒ Να είναι εύκαμπτο με καμπτόμενο άκρο με γωνία κάμψης 1950 / 1950 και 2100/210/ τα δυο μικρότερα μεγέθη ☒ Το όλο σύστημα να είναι High Definition(HD) , με ολοκληρωμένο -chip-υψηλής ευκρίνειας(High Resolution) ενσωματωμένο στα βρογχοσκόπια(τα δυο μεγαλύτερα μεγέθη) και Hd επεξεργασία του συνδεδεμένου- συμβατού Monitor ☒ Να διαθέτει πηγή φωτός 2 Led -Cmos, οπτικό πεδίο 120 Μοίρες και βάθος πεδίου 3-100mm . ☒ Να διαθέτει λογισμικό τόνωσης του κόκκινου χρώματος (ARC - Red Advanced Contrast). ☒ Να δίνει την δυνατότητα οριζόντιας στρέψης μέχρι 1200 και στις δύο κατευθύνσεις μέσω ειδικού δακτυλίου περιστροφής ,επάνω στο χειριστήριο. ☒ Να διαθέτει buttons επάνω στο χειριστήριο για λήψη φωτογραφιών, βίντεο, ARC και μεγέθυνση της οθόνης(ζουμ). ☒ Να διαθέτει βάση στήριξης ET σωλήνα για διαχείριση του αεραγωγού ☒ Να είναι αποστειρωμένο (μέθοδος ΕΤΟ) ☒ Να είναι latex free. ☒ Να συνδέεται απευθείας στην οθόνη χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός. ☒ Το βρογχοσκόπιο να είναι διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση χωρίς χρονικό περιορισμό χρήσης, στον ίδιο ασθενή προς αποφυγή έξτρα οικονομικής επιβάρυνσης για ασθενείς που χρήζουν επανειλημμένων βρογχοσκοπήσεων κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους, αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. ☒ Να διαθέτει πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο για χρήση στη αναφερόμενη οθόνης.	Τεμ.	10	380,00	3.800,00	4.712,00	24%
					163.925,65	199.042,98	

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΑΝΑΪΡΛΗ ΒΑΪΑ

