



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος:6/8/2025
Αρ. πρωτ. 8027

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Παναγιωτίδου Δέσποινα
Τηλ: 23713 50207
Email:gnxpanagdespoina@
1157.syzefxis.gov.gr

Προς : Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ :Αποτελέσματα πρώτης (1^{ης}) διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Συρραπτικά Εργαλεία Μιας Χρήσης» (CPV 30197320-5), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Το Γ.Ν. Χαλκιδικής, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρώτης (1^{ης}) διαβούλευσης, επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Συρραπτικά Εργαλεία Μιας Χρήσης» (CPV 30197320-5), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, όπως αυτές υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 2025ΔΙΑΒ30915

Συνημμένα:
Σχόλια Οικονομικών φορέων

Ο Διοικητής
του Γ.Ν. Χαλκιδικής

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1^{ης} ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε 17-7-2025

Ημερομηνία Λήξης 1-8-2025

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ (1^{ης}) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ».**

ΑΦΟΡΑ: ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Διαβούλευση για την προμήθεια «Συρραπτικά Εργαλεία Μιας Χρήσης»

Με Αρ. πρωτ.: 7411/17-7-2025

1) Εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.»

Κατόπιν της ανακοίνωσης του νοσοκομείου σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Συρραπτικά Εργαλεία Μιας Χρήσης» η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την προηγούμενη διακήρυξη, θεωρώντας ότι τα προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων συρραπτικών, θα αναβαθμίσουν το επιστημονικό έργο των ιατρών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα προτείνουμε στους παρακάτω αύξοντες τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

A/A 1. Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής μήκους 64,87 χιλ. εκατέρωθεν της διατομής μήκους 59,07 χιλ. για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ. ύψους 3mm -3,5 mm - 4 mm για μεσαίους/παχείς ιστούς. ύψους 4 mm -4,5 mm - 5 mm για πολύ παχείς ιστούς

Προτεινόμενη τιμή 320,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. TEMAXIA 40

A/A 2. Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία α) ύψους 3mm -3,5 mm - 4 mm για μεσαίους/παχείς ιστούς κ ύψους 4 mm -4,5 mm - 5 mm για πολύ παχείς ιστούς.

Προτεινόμενη τιμή 195,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. TEMAXIA 125

A/A 5. Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής μήκους 84,81 χιλ. εκατέρωθεν της διατομής μήκους 79 χιλ. για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ. ύψους 3mm - 3,5 mm - 4 mm για μεσαίους/παχείς ιστούς ύψους 4 mm -4,5 mm - 5 mm για πολύ παχείς ιστούς.

Προτεινόμενη τιμή 360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. TEMAXIA 10

A/A 6. Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία α) ύψους 3mm - 3,5 mm - 4 mm για μεσαίους/παχείς ιστούς ύψους 4 mm - 4,5 mm - 5 mm για πολύ παχείς ιστούς.

Προτεινόμενη τιμή 250,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. TEMAXIA 25

A/A 8. Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής, κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (4,0mm - 4,5mm - 5,0mm) ,για παχείς - πολύ παχείς ιστούς με ανακλινόμενη κεφαλή. Για ανοιχτές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. και υψηλές αναστομώσεις μήκους 35 εκ. Να διατίθενται σε διαμέτρους, με απόκλιση +,- 10%.: 21, 25, 28, 31 χιλ.

Προτεινόμενη τιμή 550,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. TEMAXIA 5

Επίσης προτείνουμε την αύξηση των ποσοτήτων στους παρακάτω αύξοντες:
A/A 17. Ψαλιδοειδής λαβίδα μίας χρήσης σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων ως και 7mm. Συνολικού μήκους 18,8 cm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ταυτόχρονο/αμφίδρομο άνοιγμα και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών, ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής και χειροδιακόπτη ενεργοποίησης για περισσότερη ασφάλεια. Διαθέτει κυρτούς σιαγώνες 28°, μήκους συγκόλλησης 16,5mm και μήκος κοπής 14,7mm.

Τιμή 765,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. TEMAXIA 4

A/A 18. Λαβίδα μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων ως και 7mm. Διαθέτει κυρτές σιαγώνες 14° με επίστρωση νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών με χειροδιακόπτη, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Διαθέτει στειλεό μήκους 18 cm, δυνατότητα περιστροφής 180° κατά παραλληλόγραμμο άξονα, με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 36mm και μήκος κοπής 34mm. Με ενσωματωμένο καλώδιο και δυνατότητα ενεργοποίησης από τη χειρολαβή ή και ποδοδιακόπτη για περισσότερη λειτουργικότητα.
Τιμή 765,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. TEMAXIA 10

Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.

2) Εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ -ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ για τη Δεύτερη (1η) Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Συρραπτικά Εργαλεία ΜΧ» ((CPV 30197320-5), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Στα πλαίσια της Διαβούλευσης με τον Μοναδικό κωδικό 2025DIAB30915 που δημοσιεύθηκε την 17-07-2025, επί των Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Συρραπτικά Εργαλεία Μίας Χρήσης» (CPV 30197320-5), για τους όρους υγειούς ανταγωνισμού, αλλά και σημαντικής οικονομίας του Νοσοκομείου σας, σας υποβάλλουμε προτάσεις προσθήκης τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες δεν υφίστανται σε καμία από τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές :

A/A 21 ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μίας χρήσης με αγκτήρες (κλιπς) κράματος τιτανίου ισχυρούς με κυκλική διατομή, με μήκος συρραφής 64mm -84mm-104mm και μήκος διατομής 60mm-80mm-100mm αντίστοιχα που παρέχει μέγιστη ασφάλεια από διαφυγές. Έχει δυνατότητες τοποθέτησης δύο σειρών κλιπ κατά την πυροδότηση, ενδιάμεση θέση V για χειρισμό του εργαλείου με ένα χέρι, νέα κοπτική λάμα στην κασέτα σε κάθε φόρτιση με δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης για μέγιστη λειτουργικότητα και μηχανισμό κάλυψης της λάμας και αποτροπής πυροδότησης χρησιμοποιημένης

κασέτας , για χρήση σε κανονικούς ιστούς (ύψος κλιπ 3,8mm) και σε παχείς ιστούς (ύψος κλιπ 4,8mm)

A/A 22 NEO ΕΙΔΟΣ

Ανταλλακτική κασέτα για αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μιας χρήσης με αγκήρες (κλιπς) τιτανίου ισχυρούς κυκλικής διατομής, με μήκος γραμμής συρραφής 64mm -84mm-104mm, μήκος γραμμής εκτομής 60mm-80mm-100mm και με νέα κοπτική λάμα στην κασέτα σε κάθε φόρτιση. Έχει δυνατότητες τοποθέτησης δύο σειρών κλιπ, μηχανισμό κάλυψης της λάμας και αποτροπή πυροδότησης χρησιμοποιημένης κασέτας, για χρήση σε κανονικούς ιστούς, (ύψος κλιπ 3,8mm) και σε παχείς ιστούς (ύψος κλιπ 4,8mm)

A/A 23 NEO ΕΙΔΟΣ

Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας διαμέτρου κεφαλής 24mm,26mm, 29mm,32mm με αγκήρες (κλιπς) τιτανίου, με αφαιρούμενη και ανακλινόμενη κεφαλή Tilt Top χαμηλού προφίλ. Έχει μήκος στειλεού 44,5cm, εσωτερική διάμετρο κεφαλής 15mm,17mm, 20mm, 24mm αντίστοιχα , με πλαστική ροδέλα στην επιφάνεια κοπής που δίνει ηχητική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της πυροδότησης, δυνατότητα κλεισίματος του κλιπ σε διαφορετικά ύψη εύρους 1,8 - 2,2mm για την κάλυψη διαφορετικών είδη ιστού από λεπτό μέχρι παχύ και διπλή ταχύτητα κλεισίματος - ανοίγματος της κεφαλής

A/A 24 NEO ΕΙΔΟΣ

Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, το οποίο να δέχεται όλες τις παρακάτω κεφαλές: α) αρθρούμενες, β) με ή χωρίς κεκαμένο άκρο, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με δυνατότητα ανοίγματος κλεισίματος των σιαγόνων από την σκανδάλη με το ένα χέρι. Να διαθέτει αντιολισθητική επιφάνεια στη λαβή για σταθερό κράτημα. Να φέρει στον άκμονα τεχνολογία βέλτιστης κατευθυνόμενης σύγκλισης των κλιπ Droplet Groove Technology για να παρέχει μεγαλύτερο και ακριβέστερο μηχανισμό σχηματισμού του b-formation του κλιπ για μέγιστη ασφάλεια. Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό πυροδότησης στον άκμονα για αύξηση της ισχύς πυροδότησης μεγαλύτερη από πέντε φορές, για τη βέλτιστη και σταθερή συρραφή του ιστού. Να δέχεται ανταλλακτικές κεφαλές με αντιολισθητική τεχνολογία U-Lock Technology για συγκράτηση ιστού για τον καλύτερο σχηματισμό . Με ίδιο ή διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Με δυνατότητα άρθρωσης της κεφαλής έως 45°. Μήκους στειλεού 160mm

A/A 25 NEO ΕΙΔΟΣ

Ανταλλακτική κασέτα για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενη. Να διαθέτει ειδική αντιολισθητική U-Lock Technology για τη συγκράτηση του ιστού και τον βέλτιστο σχηματισμό του b-formation του κλιπ για μέγιστη ασφάλεια και με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Χωρίς και με κεκαμένο άκρο. Μήκος συρραφής: 60mm. Με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0/3.5/4.0mm, με ύψος κλειστού κλιπ 1,2/1,4/1.6 mm χρώματος Purple.

A/A 26 NEO ΕΙΔΟΣ

Ανταλλακτική κασέτα για το παραπάνω εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, αρθρούμενη. Να διαθέτει ειδική αντιολισθητική U-Lock Technology για τη συγκράτηση του ιστού και τον βέλτιστο σχηματισμό του b-formation του κλιπ για μέγιστη ασφάλεια και με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Χωρίς και με κεκαμένο άκρο.Μήκος συρραφής: 60mm. Με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0/4.5/5.0mm, με ύψος κλειστού κλιπ 1,6/1,85/2.1 mm χρώματος Black.

A/A 27 NEO ΕΙΔΟΣ

Σετ αιμοροϊδεκτομής, που περιλαμβάνει έναν ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα (MX) μεγάλης χωρητικότητας ιστού διαμέτρου κεφαλής 32mm και 34mm με μη αποσπώμενη κεφαλή, με μηχανισμό ελέγχου πυροδότησης και κουμπί ασφαλείας της λάμας, με δυνατότητας ύψους κλεισίματος κλιπ με ανώτατο ύψος 1,5mm για την επίτευξη ιδανικού β-formation ανεξάρτητα του πάχους του ιστού, μέ ύψος κλιπ 3,8mm, με εσωτερική διάμετρο αναστόμωσης 22,2mm και 24,2mm αντίστοιχα και μηχανισμό γρήγορου κλεισίματος και ανοίγματος του εργαλείου. Το Σετ περιλαμβάνει κυκλικό αναστομωτήρα, κυκλικό επιπωματικό διαστολέα πρωκτού, διαφανές κυκλικό διαστολέα πρωκτού με τέσσερις ειδικές θέσεις στήριξης ραμμάτων, ανοσκόπιο περίπαρσης και ένα κυρτού άκρου εργαλείο σύλληψης ραμμάτων.

A/A 28 NEO ΕΙΔΟΣ

Προστατευτικός Δακτύλιος Χειρουργικών Τομών. Το μέγεθος του εξωτερικού δακτυλίου του τύπου μεταβλητού ύψους να καλύπτει το εύρος των 60mm-320mm. Να περιλαμβάνει τύπους σταθερού ύψους και μεταβλητού ύψους για να καλύπτει τις ανάγκες διαφόρων χειρουργικών τμημάτων. Το μήκος καναλιού του τύπου σταθερού ύψους να καλύπτει 5mm έως 40mm. Τα αναλώσιμα προστατευτικά τραύματος να αποστειρώνονται με Ethylene Oxide (EtO) και η υπολειπόμενη ποσότητα Ethylene Oxide (EtO) να είναι μικρότερη από 10 µg/g. Η θερμική ισχύς σφράγισης του μεταβλητού ύψους να μην είναι μικρότερη από 0,14 N/mm. Η αντοχή διάτρησης του τύπου σταθερού ύψους να μην είναι μικρότερη από 2N. Ο τύπος μεταβλητού ύψους να είναι ρυθμιζόμενος ανάλογα με τις ανάγκες της λειτουργίας και να κουλουριάζεται και να συρρικνώνεται ή να τεντώνεται με τη χειροκίνητη περιστροφή του εξωτερικού δακτυλίου. Η διαδρομή των αναλώσιμων προστατευτικών/ανασυρόμενων τραυμάτων να είναι ορατή. Να διατίθεται στις διαστάσεις:
α) 60/70mm – 60/150mm για τομές 20mm – 40mm
β) 80/90mm – 80/150mm για τομές 25mm – 60mm
γ) 120/130mm – 120/250mm για τομές 50mm – 90mm.

A/A 29 NEO ΕΙΔΟΣ

Σύστημα μονής οπής το οποίο να έχει ειδικά σχεδιασμένα κανάλια εργασίας (τύπου τροκάρ), από τα οποία να περνούν τα ενδεδειγμένα λαπαροσκοπικά εργαλεία κατά την διάρκεια της επέμβασης. Ο ειδικός σχεδιασμός να βοηθάει στην ελεύθερη, ομαλή και άνετη χρήση των εργαλείων, υπό άμεση όραση για την αποφυγή αλληλεπίδρασης μεταξύ των οργάνων. Η περιστρεφόμενη πλατφόρμα πολλαπλών θυρών να μπορεί να παρέχει διαφορετική γωνία θέασης για καλύτερους χειρισμούς. Να έχει σωλήνα με βαλβίδα για γρήγορη εκκένωση καπνού, του οποίου το μήκος και η θέση να μπορούν να ρυθμιστούν, συμβάλλοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας εκκένωσης καπνού και στην εκκαθάριση του χειρουργικού πεδίου. Ο ειδικός σχεδιασμός της πόρπης να κάνει τη σύνδεση πιο αξιόπιστη και ασφαλή και η εγκατάσταση να μπορεί να γίνει από ένα άτομο για μέγιστη ευκολία και λειτουργικότητα. Η θύρα (οπή) να συνδυάζεται με πολλές βαλβίδες στεγανοποίησης και ο αριθμός των καναλιών να είναι ≥ 4 τμχ. Τόσο οι βαλβίδες στεγανοποίησης όσο και η θύρα πρέπει να έχουν υψηλή ορατότητα, ώστε να παρατηρείται άμεσα η δομή του κοιλιακού τοιχώματος και να τοποθετούνται γρήγορα τα όργανα. Η θύρα και η βαλβίδα πρέπει να έχουν καλή απόδοση στεγανοποίησης και η διαρροή αέρα ολόκληρης της θύρας πρέπει να είναι ≤ 10 ml/min υπό πίεση αέρα 4 kPa. Η σύνδεση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού δακτυλίου του προστατευτικού τραύματος και της άρθρωσης μεταξύ της χορδής έλξης και του εσωτερικού δακτυλίου μπορεί να αντέξει μια δύναμη εφελκυσμού 60 N χωρίς να διαχωρίζονται. Η θερμική αντοχή του προστατευτικού τομής πρέπει να είναι $\geq 0,14$ N/mm. Διαστάσεις:

- 1) Δια ομφάλιου Συστήματος Μονής Οπής Μιας Χρήσης
 - α) γάντι τύπου-(Διαμέτρων:5+5+10+12) – (μήκους)60*150
 - β) γάντι τύπου-(Διαμέτρων:5+5+10+12) - (μήκους)80*150
 - γ) σιλικόνη τύπου-5+5+10+12 - 80*150
- 2) Δια κολπικού Συστήματος Μονής Οπής Μιας Χρήσης
 - α) γάντι τύπου-5+5+10+12 - (μήκους)60*150
 - β) γάντι τύπου-5+5+10+12 - (μήκους)80*150
 - γ) σιλικόνη τύπου-5+5+10+12 - (μήκους)80*150
- 3) Δια πρωκτικού Συστήματος Μονής Οπής Μιας Χρήσης
 - α) γάντι τύπου-5+5+10+12 - 80*90
 - β) γάντι τύπου-5+5+10+12 - 80*70
 - γ) σιλικόνη τύπου-5+5+10+12 - 80*90
 - δ) σιλικόνη τύπου-5+5+10+12 - 80*70

Παραμένοντας στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Για την ANTISSEAL AE